

Fleksibelt skaft, rustfrit stål

Ø5 mm, 755 mm, Hvid



Varenummer: 53515

Et fleksibelt skaft til indvendig rengøring af krumme rør, f.eks. kontrolglas på store tanke og overførselsslanger. Kan bruges med Vikan-rørbørstehoveder (5354x, 5356x, 5365x, 5368x, 5391x, 5394x og 5396x). Monteret med skruegevind og kan forlænges 750 mm ad gangen ved at montere produktnr. 5346.

Generelle Oplysninger

Farve	Hvid
Materiale	Rustfrit Stål (AISI 304), Polypropylen, Rustfrit Stål (AISI 303C)
Oprindelsesland ISO Kode	DK
Oprindelsesland	Danmark

Produkt Dimensioner

Produkt Længde/Dybde	755 mm
Produkt Bredde	5 mm
Produkt Højde	5 mm
Nettovægt	0,12 kg

Emballage- og Forsendelsesdetaljer

Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	600 Stk.
Antal per lag (Palle)	40 Stk.
Colli Længde/Dybde	970 mm
Colli Bredde	130 mm
Colli højde	68 mm
Papemballage (Recycling symbol "20" PAP) pr. Stk.	0,024 kg
Total Tara vægt	0,024 kg
Bruttovægt	0,14 kg
Kubikmeter	1,9E-05 M3
GTIN-13 Nummer	5705020535154
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020535151
Toldpositionsnummer	72230091

Overensstemmelse- & Standard Information

I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer¹

Ja

Varenummer: 53515

Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS bevidst tilsat	Nej

Tekniske Data

Produkt diameter	5 mm
------------------	------

Anvendelsesbegrænsninger

Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	100 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Max. tørretemperatur	120 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.